



REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE INHAMBANE
GOVERNO DO DISTRITO DE MAXIXE
SERVIÇO DISTRITAL DE SAÚDE, MULHER E ACÇÃO SOCIAL
HOSPITAL RURAL DE CHICUQUE

Assunto: Concurso Limitado 04I143851/0001/CL/2026

Nos termos de alínea a) do nº 2 do artigo 76 do decreto 79/2022 de 30 de Dezembro, que sustenta o uso de concurso limitado, basta que o valor estimado não supere os dez milhões de meticais, a UGEA do Hospital Rural de Chicunque, vem através deste meio, solicitar as empresas singulares e colectivas interessadas, para apresentar propostas fechadas para fornecer equipamento de oxigénio, incluindo instalação e canalização para os sectores do Bloco Operatório, Enfermaria de Cirurgia, Enfermaria de Medicina, Enfermaria de Pediatria e Maternidade, de acordo com o mapa e especificações técnicas abaixo.

Equipamento

Nº Ord.	Designação	Especificações Técnicas	Quant.
01	Equipamento de Oxigénio	Fluxo de oxigénio 60+ -3LPM Pureza do oxigenio puro 93+-3% Pressao de oxigenio Max: 6.5bar Voltage 230 (50HZ) Consumo de energia(4,25KW) Ambiente Operativo 0°C-40°C, 0%-90%, 1090hPa~800hPa, Nível de barulho Max: 70 dB, Peso 260Kg, Proteção eléctrica classe 1.	01

Instalação e Canalização

Nº Ord. m	Designação	U. Med	Quant.
01	Pontos de O2	Un	23
02	Tubo de 12mm	Metro	250
03	Tubo de 9mm	Metro	20
04	Curva de 12mm	Un	120
05	União de 12mm	Un	100
06	Redução de 12mm a 9mm	Un	250
07	Tês de 12mm	Un	170

Endereços

Telefone:

Hospital Rural de Chicunque
Rua Bispo Almeida Penicela

(+285) 875585835

09	Válvula de corte	Un	10
10	Abrançadeira de 12mm	Un	750
11	Abrançadeira de 9mm	Un	550
12	Vareta (Preta)	Kg	05
13	Vareta (Cobre)	Kg	06
14	Parafusos para abrançadeiras	Un	1300
15	Bucha para parafusos	Un	1300
16	Parafuso para pontos	Un	250
17	Cabo eléctrico	Metro	50
18	Quadro eléctrico	Un	01
19	Bucha para ponto	Un	250
20	Casota do PSA	Un	01

Local Para Canalização

Bloco Operatório, Maternidade, Enfermaria da Cirurgia, Pediatria e Medicina

As propostas devem ser acompanhadas por cadastro único, licença simplificada ou alvará devidamente assinada e autenticada por notário até as 09:45 do dia 10 de Março de 2026. e, serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço, as 10:00 do mesmo dia na presença dos concorrentes que o desejar participar, na sala de reuniões, sita na mesma instituição.

Endeço: Hospital Rural de Chicique, Av. Bispo de Almeida Penicela, Telefone 875585835.

Cordiais Saudações

O Director do Hospital

Arlindo Romão
(Ma: Em Saúde Pública)

Endereços

Telefone:
Hospital Rural de Chicique
Rua Bispo Almeida Penicela

(+285) 875585835